

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์มีไชยา
Disposable Syringe จำนวน ๖ รายการ
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑. ความต้องการ

๑. Disposable Syringe ๑ ml. ๒๖ x ^๑/_๒" (Syringe Insulin)
๒. Disposable Syringe ๓ ml.
๓. Disposable Syringe ๕ ml.
๔. Disposable Syringe ๑๐ ml.
๕. Disposable Syringe ๒๐ ml.
๖. Disposable Syringe ๕๐ ml.

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. กระจกสูบและก้านฉีด ทำจากโพลีโพรไพลีน ชนิดโปร่งใส Medical grade
๒. ลูกสูบทำจากยางสังเคราะห์ Thermoplastic elastomer gasket ซึ่งไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด
๓. มีขีดบอกปริมาตรที่ละเอียดเป็นเศษส่วนของมิลลิลิตรชัดเจนและได้มาตรฐาน
๔. ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์หรือแกมมาเรย์ อิเล็กตรอนบีม
๕. บรรจุซองเดี่ยวแบบ Wrapper
๖. มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ วันที่ผลิต และวันหมดอายุ ไว้ที่ซองบรรจุ
๗. ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: ๒๐๐๐ หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่ใกล้เคียง
๘. ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้ขายต้องจัดส่งสินค้าเป็นงวด ๆ ตามที่โรงพยาบาลจอมทองกำหนด
๒. วันหมดอายุของสินค้า ณ วันส่งมอบ แต่ละงวดต้องมีวันหมดอายุมากกว่า ๖ เดือนขึ้นไป
๓. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิค่าปรับร้อยละ ๐.๒๐ หากผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลจอมทองกำหนด และสามารถยกเลิกสัญญาหากไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือเงื่อนไข

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑.นางสาวรุ่งทิwa หมอกมาเมิน	ลงชื่อ.....
๒.นางสุชาร์ตน์ ธิโป	ลงชื่อ.....
๓.นางสาวรสลิน ชัยวุฒิ	ลงชื่อ.....