

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ผ้าก๊อสอบ ขนาด ๓x๔ นิ้ว ๘ ชั้น ๕ ชั้น ปลอดภัย
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นผ้าซับทำด้วยผ้าฝ้าย ๑๐๐% ขาว ลายขัด โปร่งบางปราศจากสารเรืองแสง และดูดซึมได้ดี นำมาพับทบกันเป็นชั้นๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่ละชั้นเป็นผ้าผืนเดียวกัน สะอาดไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ โดยซ้อนริมผ้าไว้ด้านในไม่ปรากฏริมผ้าหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย
๒. ความถี่เส้นด้าย ๒๔x๒๐ เส้นต่อตารางนิ้ว (คลาดเคลื่อน ๑ เส้น)
๓. จำนวนความหนาตามชั้นที่ระบุไว้ ๘ ชั้น และมีความกว้าง ความยาว ตามที่ระบุไว้
๔. ต้องผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้บรรจุในซองปลอดภัย (Peel Pack) โดยใช้วัสดุ Medical Grade เป็นฟิล์มพลาสติก ๑ ด้านอีก ๑ ด้านเป็นกระดาษมีความคงทนไม่ฉีกง่าย สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน
๕. การบรรจุต้องห่อหุ้มให้มิดชิดด้วยวัสดุที่สะอาด ห้ามใช้กระดาษเคลือบขี้ผึ้งหรือไข
๖. ฉลากต้องแสดงรหัส รุ่นที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่ผลิต, วันหมดอายุและมี Indicator ที่บ่งชี้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๗. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ก่อนหมดอายุ
๘. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องมีลักษณะผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภัณฑ์เหมือนกับตัวอย่างที่ส่งมาพิจารณา และเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้
๙. หากผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุใช้งานผู้ขายยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
๑๐. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๕
๑๑. ได้รับการรับรองมาตรฐานห้อง Cleanroom Class ๑๐๐,๐๐๐ (Class ๘) ตามมาตรฐาน ISO ๑๔๖๘๔-๑
๑๒. ผู้เสนอราคาต้องแสดงผลวิเคราะห์ความปลอดภัยจากหน่วยงาน/สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา
๑๓. มีใบรับรองมาตรฐานรับรองการทำปลอดภัยด้วยแก๊ส EO ตามมาตรฐาน EN ISO ๑๑๓๓๕ : ๒๐๑๔

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑.นางสาวกรรณิการ์ วงศ์มีบุญ	ลงชื่อ.....
๒.นางสาวชญานิษฐ์ ไปธิปิก	ลงชื่อ.....
๓.นางกรภัทร์ บุญศรี	ลงชื่อ.....

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์มีใยยา
ผ้าก๊อสปับ ขนาด ๓x๔ นิ้ว ๘ ชั้น ๑๐ ชั้น ปลอดภัย
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทั่วไป

ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นผ้าซับทำด้วยผ้าฝ้าย ๑๐๐% ขาว ลายขัด โปรงบางปราศจากสารเรืองแสง และดูดซึมได้ดี นำมาพับทบกันเป็นชั้นๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่ละชั้นเป็นผ้าผืนเดียวกัน สะอาดไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ โดยซ่อนริมผ้าไว้ด้านในไม่ปรากฏริมผ้าหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย
๒. ความถี่เส้นด้าย ๒๔x๒๐ เส้นต่อตารางนิ้ว (คลาดเคลื่อน ๑ เส้น)
๓. จำนวนความหนาตามชั้นที่ระบุไว้ ๘ ชั้น และมีความกว้าง ความยาว ตามที่ระบุไว้
๔. ต้องผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้บรรจุในซองปลอดภัย (Peel Pack) โดยใช้วัสดุ Medical Grade เป็นฟิล์มพลาสติก ๑ ด้านอีก ๑ ด้านเป็นกระดาษมีความคงทนไม่ฉีกง่าย สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน
๕. การบรรจุต้องห่อหุ้มให้มิดชิดด้วยวัสดุที่สะอาด ห้ามใช้กระดาษเคลือบขี้ผึ้งหรือไข
๖. ฉลากต้องแสดงรหัส รุ่นที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่ผลิต, วันหมดอายุและมี Indicator ที่บ่งชี้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๗. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ก่อนหมดอายุ
๘. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องมีลักษณะผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภัณฑ์เหมือนกับตัวอย่างที่ส่งมาพิจารณา และเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้
๙. หากผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุใช้งานผู้ขายยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
๑๐. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๕
๑๑. ได้รับการรับรองมาตรฐานห้อง Cleanroom Class ๑๐๐,๐๐๐ (Class ๘) ตามมาตรฐาน ISO ๑๔๖๘๔-๑
๑๒. ผู้เสนอราคาต้องแสดงผลวิเคราะห์ความปลอดภัยจากหน่วยงาน/สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา
๑๓. มีใบรับรองมาตรฐานรับรองการทำปลอดภัยด้วยแก๊ส EO ตามมาตรฐาน EN ISO ๑๑๓๕ : ๒๐๑๔

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑.นางสาวกรรณิการ์ วงศ์มีบุญ	ลงชื่อ.....
๒.นางสาวชญาณิชฐ์ โพธิ์ปิก	ลงชื่อ.....
๓.นางกรภัทร์ บุญศรี	ลงชื่อ.....

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์มีโซยา
ก๊อซ ขนาด ๒x๒ นิ้ว และขนาด ๓x๔ นิ้ว ๘ ชั้น
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นผ้าซับทำด้วยผ้าฝ้าย ๑๐๐% ขาว ลายขัด โปร่งบาง และดูดซึมได้ดีปราศจากสารเรืองแสง นำมาพับทบกันเป็นชั้น ๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่ละชั้นเป็นผ้าผืนเดียวกัน สะอาดไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ โดยซ่อนริมผ้าไว้ด้านในไม่ปรากฏริมผ้าหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย
๒. เมื่อนำมาผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อโรคแล้วไม่เปลี่ยนสี
๓. จำนวนความหนาตามชั้นที่ระบุไว้ ๘ ชั้น และมีความกว้าง ความยาว ตามที่ระบุไว้ และมีความถี่เส้นด้าย ๒๕x๒๐ เส้นต่อตารางนิ้ว (คลาดเคลื่อน ๑ เส้น)
๔. ฉลากต้องแสดงรหัส รุ่นที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ
๕. บรรจุในห่อปิดสนิท ๑๐๐ ชั้น / ห่อที่เป็นถุงพลาสติกกันน้ำ
๖. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องมีลักษณะผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภัณฑ์เหมือนกับตัวอย่างที่ส่งมาพิจารณา และเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้
๗. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ก่อนหมดอายุ
๘. หากผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุใช้งานผู้ขายยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
๙. ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๕

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑.นางสาววรรณิการ์ วงศ์มีบุญ	ลงชื่อ.....
๒.นางสาวชญานิษฐ์ โพธิ์ปิก	ลงชื่อ.....
๓.นางกรภัทร์ บุญศรี	ลงชื่อ.....

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์มีโซยา
TOP Dressing ขนาด ๖ x ๘ นิ้วและ ๓x๖ นิ้ว ปลอดเชื้อ
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทั่วไป

เป็นแผ่นปิดแผลสำเร็จรูป ทำจากสำลีแผ่นตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ และห่อด้วยผ้าก๊อซหรือเยื่อสังเคราะห์ (Non Woven) ไว้อย่างเรียบร้อย ไม่หลุดลุ่ยง่ายขณะใช้งาน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาด กว้าง x ยาว : ๖ x ๘ นิ้ว น้ำหนักรวมต่อชิ้นประมาณ ๑๓ กรัม \pm ๑๐% และ
ขนาด กว้าง x ยาว : ๓ x ๖ นิ้ว น้ำหนักรวมต่อชิ้นประมาณ ๖ กรัม \pm ๑๐%
๒. สามารถดูดซับของเหลวได้ดี
๓. ต้องผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้ บรรจุในซองพลาสติกใสและกระดาษ (Plastic Paper) มองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน
๔. ฉลากต้องแสดงรหัส รุ่นที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่ผลิต, วันหมดอายุและมี Indicator ชี้บ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว
๕. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องมีลักษณะผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภัณฑ์เหมือนกับตัวอย่างที่ส่งมาพิจารณา และเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้
๖. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ก่อนหมดอายุ
๗. หากผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุใช้งาน ผู้ขายยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
๘. ต้องผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) โดยใช้วัสดุ Medical Grade เป็นฟิล์มพลาสติก ๑ ด้านอีก ๑ ด้านเป็นกระดาษมีความคงทนไม่ฉีกง่าย สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน โดยบรรจุ ๑ ชิ้น / ซอง
๙. ภายในผลิตจากสำลีที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๘๒-๒๕๖๒
๑๐. ได้รับการรับรองมาตรฐานห้อง Cleanroom Class ๑๐๐,๐๐๐ (Class ๘) ตามมาตรฐาน ISO ๑๔๖๔๔-๑
๑๑. มีใบรับรองมาตรฐานรับรองการทำปลอดเชื้อด้วยแก๊ส EO ตามมาตรฐาน EN ISO ๑๑๑๓๕ : ๒๐๑๔

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑.นางสาวกรรณิการ์ วงศ์บุญ	ลงชื่อ.....
๒.นางสาวชญานิษฐ์ โพธิ์ปิก	ลงชื่อ.....
๓.นางกรภัทร์ บุญศรี	ลงชื่อ.....

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์มีโซ่ยา
TOP Dressing ขนาด ๓x๖ นิ้ว
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทั่วไป

เป็นแผ่นปิดแผลสำเร็จรูป ทำจากสำลีแผ่นตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ และห่อด้วยผ้าก๊อซหรือเยื่อสังเคราะห์ (Non Woven) ใว้อย่างเรียบร้อย ไม่หลุดลุ่ยง่ายขณะใช้งาน

คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาด กว้าง x ยาว : ๖ x ๘ นิ้ว น้ำหนักรวมต่อชิ้นประมาณ ๑๓ กรัม \pm ๑๐% และขนาด กว้าง x ยาว : ๓ x ๖ นิ้ว น้ำหนักรวมต่อชิ้นประมาณ ๖ กรัม \pm ๑๐%
- สามารถดูดซับของเหลวได้ดี
- ฉลากต้องแสดงรหัส รุ่นที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่ผลิต, วันหมดอายุและมี Indicator ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
- ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องมีลักษณะผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภัณฑ์เหมือนกับตัวอย่างที่ส่งมาพิจารณา และเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้
- อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ก่อนหมดอายุ
- หากผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุใช้งาน ผู้ขายยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
- ต้องบรรจุในถุงพลาสติกกันน้ำ สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน โดยขนาด ๓x๖ นิ้ว บรรจุ ๕๐ ชิ้น/ห่อ และขนาด ๖x๘ นิ้วบรรจุ ๑๐ ชิ้น/ห่อ
- ภายในผลิตจากสำลีที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๘๒-๒๕๖๒

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑.นางสาวกรรณิการ์ วงศ์มีบุญ	ลงชื่อ.....
๒.นางสาวชญาณิชฐ์ โพธิ์ปิก	ลงชื่อ.....
๓.นางกรรภัทร์ บุญศรี	ลงชื่อ.....

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์มีโซยา
ไม้พันสำลี เบอร์ L (บรรจุ ๕ ก้าน) ปลอดเชื้อ
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทั่วไป

๑. ก้าน ยาวประมาณ ๖ นิ้ว ผ่านการอบฆ่าเชื้อ ปราศจากเชื้อรา ก้านไม้ผลิตจากไม้สน เนื้อไม้เรียบ ไม้แตกออกเป็นเส้น
๒. ปลายไม้ไม่หักง่ายขณะใช้งาน พันด้วยสำลีที่ทำจากฝ้ายบริสุทธิ์ ๑๐๐% ปราศจากสารเรืองแสง
๓. สำลีที่พันปลายไม้ต้องแน่น ไม้หลุดออกโดยง่าย
๔. เมื่อนำมาแทงเข้าเนื้อแล้วไม่เปลี่ยนสี
๕. ขนาดของหัวไม้พันสำลี เบอร์ L เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑-๑๒ mm.
๖. บรรจุของละ ๕ ก้าน ในซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ Medical Grade พลาสติก ๑ ด้าน อีก ๑ ด้านเป็นกระดาษ ที่มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่ายและสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน
๗. ฉลากต้องแสดงรหัส รุ่นที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่ผลิต, วันหมดอายุและ Indicator ที่บ่งชี้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๘. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องมีลักษณะผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภัณฑ์เหมือนกับตัวอย่างที่ส่งมาพิจารณา และเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้
๙. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ก่อนหมดอายุ
๑๐. หากผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุใช้งาน ผู้ขายยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
๑๑. มีใบรับรองมาตรฐานรับรองการทำปลอดเชื้อด้วยแก๊สEOตามมาตรฐานEN ISO ๑๑๑๓๕:๒๐๑๔
๑๒. ได้รับการรับรองมาตรฐานห้อง Cleanroom Class ๑๐๐,๐๐๐ (Class ๘) ตามมาตรฐาน ISO ๑๔๖๔๔-๑
๑๓. มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดเชื้อจากหน่วยงาน/สถาบัน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา
๑๔. มีใบรับรองมาตรฐานรับรองการทำปลอดเชื้อด้วยแก๊ส EO ตามมาตรฐาน EN ISO ๑๑๑๓๕ : ๒๐๑๔

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑.นางสาวกรรณิการ์ วงศ์มีบุญ	ลงชื่อ.....
๒.นางสาวชญานิษฐ์ โพธิ์ปิก	ลงชื่อ.....
๓.นางกรภัทร์ บุญศรี	ลงชื่อ.....

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์มีโซ่ยา
สำลีก้อน ๐.๓๕ กรัม ปลอดเชื้อ (๑๐ก้อน)
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสำลีที่ใช้ในทางการแพทย์ ปั้นเป็นก้อนกลม สีขาว
๒. เนื้อสำลีทำจากฝ้ายบริสุทธิ์ ๑๐๐% ปราศจากสารเรืองแสง
๓. สามารถดูดซับของเหลวได้ดี และรวดเร็ว
๔. เป็นสำลีปั้นเป็นก้อนขนาด ๐.๓๕ กรัม/ก้อน มีเส้นใยยาว ด้านทานแรงดึงและไม่ฟุ้งกระจาย
๖. การบรรจุต้องห่อหุ้มให้มิดชิดด้วยวัสดุที่สะอาด ห้ามใช้กระดาษเคลือบซีเมนต์หรือไข
๗. ฉลากต้องแสดงรหัส รุ่นที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่ผลิต, วันหมดอายุ และ Indicator บ่งชี้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๘. บรรจุ ๑๐ ก้อน ในซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ Medical Grade พลาสติก ๑ ด้าน อีก ๑ ด้านเป็นกระดาษ ที่มีความหนาแน่นไม่ฉีกขาดง่ายและสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน
๘. ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๘๒-๒๕๖๒
๙. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ก่อนหมดอายุ
๑๐. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องมีลักษณะผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภัณฑ์เหมือนกับตัวอย่างที่ส่งมาพิจารณา และเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้
๑๑. หากผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุใช้งานผู้ขายยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
๑๒. มีใบรับรองมาตรฐานรับรองการทำปลอดเชื้อด้วยแก๊สEOตามมาตรฐานEN ISO ๑๑๑๓๕:๒๐๑๔
๑๓. มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดภัยจากหน่วยงาน/สถาบัน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา
๑๔. มีใบรับรองมาตรฐานรับรองการทำปลอดเชื้อด้วยแก๊ส EO ตามมาตรฐาน EN ISO ๑๑๑๓๕ : ๒๐๑๔

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑.นางสาวกรรณิการ์ วงศ์มีบุญ	ลงชื่อ.....
๒.นางสาวชญานิษฐ์ โพธิ์ปิก	ลงชื่อ.....
๓.นางกรภัทร์ บุญศรี	ลงชื่อ.....

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์มิใช่ยา
สำลีก้อน ๐.๓๕ กรัม (บรรจุ ๔๕๐ กรัม)
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทั่วไป

๑. ขนาดประมาณ ๐.๓๕ กรัม/ก้อน
๒. ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๘๒-๒๕๖๒
๓. ผลิตจากฝ้าย ๑๐๐%
๔. มีสีขาวนวล ปราศจากสิ่งสกปรก ปราศจากสารเรืองแสง
๕. สามารถดูดซับของเหลวได้ดี
๖. บรรจุถุงพลาสติกกันน้ำ ๔๕๐กรัม/ห่อ และระบุ Lot, การผลิต, วันที่ผลิตและวันหมดอายุ
๗. ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิต

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑.นางสาวกรรณิการ์ วงศ์มีบุญ	ลงชื่อ.....
๒.นางสาวชญานิษฐ์ โพธิ์ปิก	ลงชื่อ.....
๓.นางกรภัทร์ บุญศรี	ลงชื่อ.....

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์มีไชยา
ลำสีก้อน ๑.๕๐ กรัม (บรรจุ ๔๕๐ กรัม)
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทั่วไป

๑. ขนาดประมาณ ๑.๕๐ กรัม/ก้อน
๒. ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๘๒-๒๕๖๒
๓. ผลิตจากฝ้าย ๑๐๐%
๔. มีสีขาวนวล ปราศจากสิ่งสกปรก ปราศจากสารเรืองแสง
๕. สามารถดูดซับของเหลวได้ดี
๖. บรรจุถุงพลาสติกกันน้ำ ๔๕๐กรัม/ห่อ และระบุ Lot, การผลิต, วันที่ผลิตและวันหมดอายุ
๗. ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิต

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑.นางสาวกรรณิการ์ วงศ์มีบุญ	ลงชื่อ.....
๒.นางสาวชญาณิชฐ์ โปธิปัก	ลงชื่อ.....
๓.นางกรภัทร์ บุญศรี	ลงชื่อ.....