

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดโลหะตามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้นรวมสกรู
(proximal femoral nail)
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่ออุปกรณ์ โลหะตามกระดูก และใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น รวมสกรู

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สำหรับรักษากระดูกหักบริเวณกระดูกต้นขาส่วนบน(Proximal Femoral Fracture) และยังสามารถรักษากระดูกหักบริเวณต้นขาส่วนบนร่วมกับกระดูกหักบริเวณส่วนแกนของกระดูกต้นขา (Femoral Shaft Fracture)

๒. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๒.๑ แท่งโลหะตามกระดูกแบบสั้น

๒.๑.๑ เป็นแท่งโลหะกลาง ทำด้วยโลหะไทเทเนียม อัลลอยด์(Ti-๖Al-๔V) ปลอดสนิม โดยส่วนบนของแท่งโลหะตามกระดูกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕-๑๕.๕ มม และทำมุมกัน ๑๒-๑๓๐ องศา ระหว่างแท่งโลหะตามกระดูก(Nail)กับสกรูยึดกระดูก (Lag Screw)

๒.๑.๒ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกดังนี้ ๙.๕, ๑๐, ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ มม. มีความยาว ๑๗๐-๑๘๐ มม. และแยกเป็นข้างซ้ายและขวา

๒.๑.๓ ส่วนด้านบนของแท่งโลหะตามกระดูก ใส่สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐.๕ มม.

๒.๑.๔ ส่วนปลายของโลหะตามกระดูก สามารถใส่สกรูได้ ๒ ตัว โดยใช้กับสกรูขนาด ๕.๐ มม. และมีความยาวตั้งแต่ ๓๐ มม. ถึง ๘๕ มม. (ความยาวเพิ่มทีละ ๕ มม.)

๒.๒ แท่งโลหะตามกระดูกแบบยาว

๒.๒.๑ เป็นแท่งโลหะกลาง ทำด้วยโลหะ ไทเทเนียม อัลลอยด์(Ti-๖Al-๔V) ปลอดสนิม โดยส่วนบนของแท่งโลหะตามกระดูกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕.๕ มม.

๒.๒.๒ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ และ ๑๑ มม. โดยขนาด ๑๐ มม. มีความยาวตั้งแต่ ๓๒๐, ๓๔๐, ๓๖๐, ๓๘๐ มม และขนาด ๑๑ มม มีความยาวตั้งแต่ ๓๔๐, ๓๖๐, ๓๘๐, และ ๔๐๐ มม โดยแยกเป็นข้างซ้าย และข้างขวา

๒.๒.๓ ส่วนด้านบนของแท่งโลหะตามกระดูก ใส่สกรู(Lag Screw)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐.๕ มม.

๒.๒.๔ ส่วนปลายของโลหะตามกระดูก สามารถใส่สกรูได้ ๒ ตัว โดยใช้กับสกรูขนาด ๕.๐ มม. และมีความยาวตั้งแต่ ๓๐ มม ถึง ๘๕ มม. (ความยาวเพิ่มทีละ ๕ มม.)

๒.๓ Lag Screw เป็นสกรูสำหรับยึดกระดูกบริเวณส่วนหัวของกระดูกข้อสะโพก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐.๕ มม. และมีความยาวตั้งแต่ ๖๕ มม. ถึง ๑๑๐ มม. โดยความยาวเพิ่มทีละ ๕ มม.

จำนวน ๒ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔	
๑.นายเพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์	ลงชื่อ.....
๒.นางวิภา ตำนา	ลงชื่อ.....
๓.นางสุชาร์ตน์ อธิโป	ลงชื่อ.....

- ๒.๔ Set Screw สำหรับใส่ในโลหะตามกระดูกทั้งแบบสั้น และยาว โดยใช้สำหรับบังคับทิศทางของ Lag Screw โดยบังคับสกรูไม่ให้อาตรวมกันได้
- ๒.๕ Nail Cap สำหรับปิดส่วนหัวของแท่งโลหะตามกระดูก ทั้งแบบสั้น และยาว

เงื่อนไขพิเศษ

๑. รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
๓. บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์สากล ISO ๙๐๐๑
๔. ไม่มีปัญหาการบริการทางเทคนิค ตามบันทึกการใช้วัสดุทางศัลยกรรมกระดูกที่ผ่านมาของโรงพยาบาลจอมทอง (ส่งมาซ้ำ, วัสดุทางศัลยกรรมกระดูกมีปัญหาการใช้งาน, อุปกรณ์ไม่ครบ ฯลฯ)
๕. บริษัทต้องจัดส่งผู้ช่วยประกอบและส่งเครื่องมือที่มีความชำนาญมาช่วยทำการผ่าตัดเมื่อทางโรงพยาบาลมีเคสผ่าตัด
๖. สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมของโรงพยาบาลได้
๗. ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมือที่ใช้ประกอบการใส่วัสดุทางศัลยกรรมกระดูก มาให้โรงพยาบาลก่อนล่วงหน้า ๑ วันและนำส่งเครื่องมือถึงงานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐น. โดยรับผิดชอบกระบวนการทำความสะอาดทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อในเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดตั้งแต่ ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว การเตรียมและหีบห่ออุปกรณ์การทำลายเชื้อและปราศจากเชื้อตามมาตรฐานการทำความสะอาดทำลายเชื้อและทำให้ปราศเชื้อของโรงพยาบาล และพนักงานของบริษัทผู้ขายมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลที่รับผิดชอบงานจ่ายกลางของห้องผ่าตัดและหัวหน้างานจ่ายกลางของโรงพยาบาล ตามมาตรฐานการดำเนินการดูแลเครื่องมือผ่าตัดของบริษัทผู้ขายพร้อมทั้งผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ประกอบการใส่วัสดุทางศัลยกรรมกระดูกเองทั้งหมด
๘. บริษัทต้องส่งใบส่งของมาพร้อมกับวัสดุทางศัลยกรรมตามใบสั่งซื้อของโรงพยาบาลที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจอมทอง

จำนวน ๒ แผ่น	แผ่นที่ ๒
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑. นายเพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์	ลงชื่อ.....
๒. นางวิภา ตำนานา	ลงชื่อ.....
๓. นางสุชารัตน์ ธิโป	ลงชื่อ.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นโลหะตามกระดูกหักส่วนปลายกระดูกเรเดียสชนิดสามารถปรับมุมสกรูได้
(Locking plate distal radius)
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

ใช้ยึดตรึงกระดูกข้อมือหัก เพื่อให้เกิดความมั่นคง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ชุดโลหะตามกระดูกที่หักบริเวณส่วนปลายของกระดูกเรเดียส (Distal Radius)
๒. ทำด้วยโลหะชนิดไทเทเนียม สามารถใช้กับร่างกายมนุษย์ได้
๓. สามารถ อบ นึ่ง ปราศจากเชื้อโรคด้วยความร้อนได้ โดยไม่เสื่อมคุณภาพ
๔. ผ่านมาตรฐานการผลิต พร้อมมีหนังสือรับรองของ EC Certificate และ ISO ๑๓๔๘๕
๕. ผลิตจาก T1CP (Titanium, Commercially pure)
๖. ชุดแผ่นโลหะตามกระดูกหักส่วนปลายกระดูกเรเดียสชนิดสามารถปรับมุมสกรูได้ ๑ ชุดประกอบด้วย LCP ๑ ชิ้นร่วมกับ locking screw ๗ ตัว

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนปลายกระดูกเรเดียส ชนิดมีเกลียวอยู่ในรู และสามารถปรับมุมการใส่สกรูได้ (Variable Angle)
๒. ส่วนปลายของแผ่นโลหะมีลักษณะสามเหลี่ยม มีขนาดกว้าง ๑๙.๕ มิลลิเมตร เพื่อให้ครอบคลุม
๓. กระดูกบริเวณส่วนปลายได้ดี โดยมีจำนวนรูให้เลือกใส่สกรูได้ ๖ รู และสามารถเอียงมุมใส่สกรูได้ถึง ๑๕ องศา
๔. ส่วนซาร์พมีรูใส่สกรูลักษณะคล้ายเลขแปดเป็นแบบ combi-hole เพื่อให้สามารถเลือกใส่สกรูแบบหัวมีเกลียวลึกลับขนาด ๒.๔ มิลลิเมตรหรือไม่มีเกลียวลึกลับขนาด ๒.๔ หรือ ๒.๗ มิลลิเมตรได้ โดยมีจำนวนรูตั้งแต่ ๒ - ๕ รู
๕. ใช้กับสกรูชนิดมีเกลียวลึกลับขนาด ๒.๔ มิลลิเมตร มีรูขันสกรูแบบสตาร์ลึกลับ
๖. มีรูสำหรับใส่ K-Wire ได้
๗. มีทั้งชนิดใช้กับข้างขวา และ ซ้าย
๘. สกรูยึดกระดูกชนิดหัวมีเกลียว (หัวพุง) ชนิด VA โดยมีรูขันสกรูแบบสตาร์ลึกลับ
๙. สกรูสามารถไขเข้าไปในกระดูกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทำเกลียวก่อน (Self - Tapping) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๔ มิลลิเมตร
๑๐. ความยาว ๑๐ -๒๔ มิลลิเมตร ผลิตจาก TAN (titanium-aluminium-niobium alloy)
๑๑. สกรูยึดกระดูกแบบคอร์เทกซ์ ชนิดไม่ต้องทำเกลียวก่อนใส่ และมีรูขันหัวสกรูชนิดสตาร์ลึกลับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๔ มิลลิเมตร ความยาว ๖, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๖, ๑๘, ๒๐, ๒๒, ๒๔, ๒๖, ๒๘ และ ๓๐ มิลลิเมตร ผลิตจาก TAN (titanium-aluminium-niobium alloy)

จำนวน ๒ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
๑. นายเพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์	ลงชื่อ..... วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒. นางวิภา ดำนา	ลงชื่อ.....
๓. นางสุชารัตน์ ธิโป	ลงชื่อ.....

- ๑๒. สกรูยึดกระดูกแบบคอร์เท็ก ชนิดไม่ต้องทำเกลียวก่อนใส่ และมีรูชั้นหัวสกรูชนิดสตาร์ไคร์ฟ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๗ มิลลิเมตร ความยาว ๑๐ ,๑๒, ๑๔, ๑๖, ๑๘, ๒๐, ๒๒, ๒๔, ๒๖,๒๘ และ ๓๐ มิลลิเมตร ผลิตจาก TAN (titanium-aluminium-niobium alloy)

เงื่อนไขเฉพาะ

- ๑. เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา มีหลักฐานแสดงแหล่งผลิต และมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง
- ๒. มีคู่มือและเทคนิคการใช้งาน อย่างน้อย ๑ เล่ม
- ๓. เป็นสินค้าใหม่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่มีการใช้งานในประเทศไทยมาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- ๔. มีการจัดอบรมและส่งเจ้าหน้าที่ในการศึกษาดูงานในผลิตภัณฑ์อย่างน้อยปีละ ๑ คน
- ๕. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง
- ๖. ไม่มีปัญหาการบริการทางเทคนิค ตามบันทึกการใช้วัสดุทางศัลยกรรมกระดูกที่ผ่านมาของโรงพยาบาลจอมทอง(ส่งมาช้า,วัสดุทางศัลยกรรมกระดูกมีปัญหาการใช้งาน,อุปกรณ์ไม่ครบ ฯลฯ) และสามารถเข้าร่วมกับอุปกรณ์เดิมของโรงพยาบาลได้
- ๗. ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมือที่ใช้ประกอบการใส่วัสดุทางศัลยกรรมกระดูก มาให้โรงพยาบาลก่อนล่วงหน้า ๑ วัน และนำส่งเครื่องมือถึงงานห้องผ่าตัดโรงพยาบาล ไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น.
- ๘. บริษัทต้องส่งใบส่งของมาพร้อมกับวัสดุทางศัลยกรรมตามใบสั่งซื้อของโรงพยาบาล ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจอมทอง โดยให้ผู้แทนบริษัทนำมาเอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะไม่เกี่ยวข้องในส่วนนี้

จำนวน ๒ แผ่น	แผ่นที่ ๒
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
๑. นายเพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์	ลงชื่อ..... วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒. นางวิภา คำนา	ลงชื่อ.....
๓. นางสุชารัตน์ ธิโป	ลงชื่อ.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นโลหะตามกระดูกต้นขาส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยาง
(Distal femoral Condyle Locking Plate)
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

ใช้ยึดตรึงกระดูกรยางค์ขนาดใหญ่ ที่หักซับซ้อนและเนื้อกระดูกผิดปกติ จากโรคทางเมตาบอลิซึม โรคเลือด การผิดรูปของข้อเข่าจากอุบัติเหตุ เนื้องอก และ/หรือไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีอนุรักษนิยมได้

คุณสมบัติทั่วไป

- ทำด้วยโลหะไทเทเนียมอัลลอยด์ (grade-5 Ti6Al4V ELI) สำหรับวัสดุทางการแพทย์ โดยมีใบรับรองมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
- ผ่านมาตรฐานการผลิต พร้อมมีหนังสือรับรองของ EC Certificate และ ISO ๑๓๔๘๕
- สามารถ อบ นึ่ง ปราศจากเชื้อโรคด้วยความร้อนได้ โดยไม่เสื่อมคุณภาพ
- Distal Femoral Condyle Locking Plate (Left,Right) มีขนาดความยาว ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑,๑๓,๑๕ Holes Locking Screw ๕.๐ mm ความยาว ๑๐-๑๐๐ mm
- โลหะตามกระดูกต้นขาหัวล็อก ๑ ชุดประกอบด้วย LCP ๑ ชิ้นร่วมกับ locking screw ๑๐ ตัว

คุณสมบัติทางเทคนิค

- Distal Femoral Condyle Locking Plate
 - รูล็อกและสกรูมีเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๐ มม.
 - มีรูสำหรับใส่สกรู Cortex ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ มม. อยู่ระหว่างรูล็อก
 - มีความหนา ๖.๕ มม.
 - มีความกว้าง ๑๘.๕ มม.
 - ความหนาส่วนหัว (Head Thickness) ๒.๕ mm
- Locking Screw ๕.๐ mm
 - หัวสกรูมีเกลียวเพื่อขันรับกับรูเกลียวของโลหะตามกระดูก
 - สกรูมีลักษณะเป็นเกลียวในตัว (Self-tapping) สามารถไขเข้าไปในกระดูกได้ไม่ต้องทำเกลียว
 - หัวสกรูมีร่องหกเหลี่ยม (Hexagonal Socket) เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๓.๕ mm
 - เกลียวสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง (Thread Diameter) ๕.๐ mm

จำนวน ๒ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔	
๑.นายเพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์	ลงชื่อ.....
๒.นางวิภา ตำนานา	ลงชื่อ.....
๓.นางสุชารัตน์ ธิโป	ลงชื่อ.....

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าใหม่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
๒. ไม่มีปัญหาการบริการทางเทคนิค ตามบันทึกการใช้วัสดุทางศัลยกรรมกระดูกที่ผ่านมาของโรงพยาบาลจอมทอง(ส่งมาซ้ำ,วัสดุทางศัลยกรรมกระดูกมีปัญหาการใช้งาน,อุปกรณ์ไม่ครบ ฯลฯ) และสามารถเข้าร่วมกับอุปกรณ์เดิมของโรงพยาบาลได้
๓. ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมือที่ใช้ประกอบการใส่วัสดุทางศัลยกรรมกระดูก มาให้โรงพยาบาล ก่อนล่วงหน้า ๑ วัน และนำส่งเครื่องมือถึงงานห้องผ่าตัดโรงพยาบาล ไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น.
๔. บริษัทต้องส่งใบส่งของมาพร้อมกับวัสดุทางศัลยกรรมตามใบสั่งซื้อของโรงพยาบาลและ ต้องมาก่อนวันผ่าตัดอย่างน้อย ๑ วัน โดยส่งที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจอมทอง ซึ่งในส่วนนี้ จะต้องไม่ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจอมทองเป็นผู้ไปรับวัสดุทางศัลยกรรม

จำนวน ๒ แผ่น	แผ่นที่ ๒
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔	
๑. นายเพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์	ลงชื่อ.....
๒. นางวิภา ด่านา	ลงชื่อ.....
๓. นางสุชารัตน์ ธิโป	ลงชื่อ.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นโลหะตามกระดูกหน้าแข้ง (Tibia) ส่วนต้น ชนิดมีหัวสกรูพยาง
(Proximal Tibia Plateau LCP)
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

ใช้ยึดตรึงกระดูกยาวขนาดใหญ่ที่หักซับซ้อนและเนื้อกระดูกผิดปกติจากโรคทางเมตาบอลิซึม โรคเลือด หรือเนื้องอก และ/หรือไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีอนุรักษนิยมได้

คุณสมบัติทั่วไป

1. ทำด้วยโลหะไทเทเนียม(for medical device instrument) โดยมีใบรับรองมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
2. ผ่านมาตรฐานการผลิต พร้อมมีหนังสือรับรองของ EC Certificate และ ISO ๑๓๔๘๕
3. สามารถ อบ นึ่ง ปราศจากเชื้อโรคด้วยความร้อนได้ โดยไม่เสื่อมคุณภาพ
4. Proximal Tibia Plateau Locking Plate(Left,Right) ขนาดความยาว ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑, ๑๒,๑๓ Holes Locking Screw ๕.๐ mm ความยาว ๑๖-๔๐ mm.
5. แผ่นโลหะตามกระดูกหน้าแข้ง (Tibia) ส่วนต้น ชนิดมีหัวสกรูพยาง ๑ ชุดประกอบด้วย LCP ๑ ชิ้น ร่วมกับ locking screw ๘ ตัว

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. Proximal Tibia Plateau Locking Plate
 - 1.1 รู็ล็อกและสกรูมีเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มม.
 - 1.2 มีรูสำหรับใส่สกรู Cortex ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มม. อยู่ระหว่างรูล็อก
 - 1.3 มีความหนา ๓.๕ มม.
 - 1.4 มีความกว้าง ๑๒.๐ มม.
 - 1.5 ความหนาส่วนหัว (Head Thickness) ๒ mm
2. Locking Screw ๓.๕ mm
 - 2.1 หัวสกรูมีเกลียวเพื่อขันรับกับรูเกลียวของโลหะตามกระดูก
 - 2.2 สกรูมีลักษณะเป็นเกลียวในตัว (Self-tapping) สามารถไขเข้าไปในกระดูกได้ไม่ต้องทำเกลียว
 - 2.3 หัวสกรูมีร่องหกเหลี่ยม (Hexagonal Socket) เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๒.๕ mm
 - 2.4 เกลียวสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง (Thread Diameter) ๓.๕ mm

จำนวน ๒ แผ่น	แผ่นที่ ๑	
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔	
๑.นายเพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์	ลงชื่อ.....	
๒.นางวิภา ด่านา	ลงชื่อ.....	
๓.นางสุชาร์ตน์ อีโป	ลงชื่อ.....	

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าใหม่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
๒. ไม่มีปัญหาการบริการทางเทคนิค ตามบันทึกการใช้วัสดุทางศัลยกรรมกระดูกที่ผ่านมาจากของโรงพยาบาลจอมทอง(ส่งมาซ้ำ,วัสดุทางศัลยกรรมกระดูกมีปัญหาการใช้งาน,อุปกรณ์ไม่ครบ ฯลฯ) และสามารถเข้าร่วมกับอุปกรณ์เดิมของโรงพยาบาลได้
๓. ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมือที่ใช้ประกอบการใส่วัสดุทางศัลยกรรมกระดูก มาให้โรงพยาบาลก่อนล่วงหน้า ๑ วัน และนำส่งเครื่องมือถึงงานห้องผ่าตัดโรงพยาบาล ไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น.
๔. บริษัทต้องส่งใบส่งของมาพร้อมกับวัสดุทางศัลยกรรมตามใบสั่งซื้อของโรงพยาบาลและต้องมาก่อนวันผ่าตัดอย่างน้อย ๑ วัน โดยส่งที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจอมทอง ซึ่งในส่วนนี้จะต้องไม่ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจอมทองเป็นผู้ไปรับวัสดุทางศัลยกรรม

จำนวน ๒ แผ่น	แผ่นที่ ๒
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔	
๑. นายเพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์	ลงชื่อ.....
๒. นางวิภา ดำนา	ลงชื่อ.....
๓. นางสุชาร์ตน์ ธิโป	ลงชื่อ.....