

ขอบเขตของงาน (TOR)

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิว จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเป็นมา

ด้วยงานบำบัดรักษาด้วยเครื่องรังสี (สลายนิว) กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ โรงพยาบาลจอมทองให้บริการสลายนิวแก่ผู้ป่วยโรคนิวทางเดินปัสสาวะในเขตอำเภอจอมทองและในเขตอำเภอสายใต้ของจังหวัดเชียงใหม่และเขตรอยต่อจังหวัดลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคนิวในทางเดินปัสสาวะที่ต้องการรักษาพยาบาลด้านการสลายนิวเพิ่มขึ้นทุกปี

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เครื่องสลายนิวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภานน ฉันทวานาณิชย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันทิภา มหิตยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวีระพันธ์ วงศ์พุดม)

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มียกเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุกหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาณน กังวานพาณิชย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันทิภา มหิตยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวีระพันธ์ วงศ์พุด)

(๕) กรณีตามข้อ (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณี ดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดจ้าง

๔.๑ รายละเอียดงานทั่วไป

๑. ดำเนินการการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิวให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ
๒. เป็นรวมวัสดุสิ้นเปลืองทุกรายการของเครื่องสลายนิว ดังนี้
 - ๒.๑ หัวยิงนิว (MESE) เปลี่ยนทุก ๒ ล้านนัด
 - ๒.๒ Spark Gap เปลี่ยนทุก ๓ ล้านนัด
 - ๒.๓ กรณีหัวยิงนิว (MESE) หรือ Spark Gap ชำรุดใช้งานไม่ได้ก่อนครบกำหนดเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนให้ทันที โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
๓. รวมค่าอะไหล่เครื่องอัลตราชาวด์ ยกเว้น หัวอัลตราชาวด์ และค่าอะไหล่เครื่องเอกซเรย์ ยกเว้น หลอดเอกซเรย์ ชุดรับภาพรังสีเอกซเรย์ และกล้องรับภาพ
๔. รวมค่าอะไหล่เครื่องเฝ้าระวังคนไข้ (ECG)
๕. รวมค่าอะไหล่เครื่องรักษาแรงดันไฟฟ้า
๖. บริการล้างและตรวจเช็คเครื่องทุก ๓ เดือน
๗. กรณีเครื่องเสียสามารถเรียกบริการได้ตลอดเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการเรียกซ่อม
๘. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบ ตรวจวัดค่า รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการ โดยหาหน่วยงานที่รับรองเพื่อประกอบการขอใบอนุญาตวัสดุกำมันตรังสี

๔.๒ รายละเอียดการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิว มีดังนี้

๑. ตรวจเช็ค แก้ไขอาการผิดปกติภายนอกทั่วไป เช่น สนิท สี และป้ายคำเตือนต่างๆ รวมทั้งสอบถามข้อมูลการทำงานของเครื่องจากผู้ดูแลเครื่องและตรวจสอบคู่มือการใช้งานเครื่องให้เป็นปัจจุบัน
๒. ตรวจเช็คมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับตามมาตรฐานสากลของเครื่องมือแพทย์นั้นๆ

๒.๑ ตรวจเช็คการทำงานของการทำงานของการปรับเพิ่ม/ลดแรงดันของระดับน้ำในระบบ Water Circuit

๒.๒ เปลี่ยนน้ำในระบบ Water Circuit ใหม่ทั้งระบบ โดยน้ำที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน

ผู้ผลิต

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภานันท์ กิ่งวานวานิชย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพันทิภา มหิตยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพันธ์ วงศ์พุ่ม)

- ๒.๓ ทำความสะอาดชุดใส่กรองต่างๆ ท่อและหัว Bellow
- ๒.๔ ตรวจสอบเชื้อรยรั่วของอุปกรณ์ในระบบ Water Circuit
- ๒.๕ ตรวจสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและระบายความร้อนของน้ำ ทำความสะอาด เช็การทำงาน ของพัดลมระบายความร้อน
- ๒.๖ ตรวจสอบเช็คชุดกันกระแทกของหัวยิง (Collision Safety)
- ๒.๗ ตรวจสอบเช็คอากาศที่อยู่ในระบบ Water Circuit
- ๒.๘ ตรวจสอบเช็คระบบป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าแรงสูง
- ๒.๙ ตรวจสอบเช็คระบบการเชื่อมต่อของสายไฟฟ้า สายข้อต่อต่างๆ เช็คสายกราวด์และตรวจสอบเช็ค ร่องรอยการไหม้หรือการรั่วของไฟฟ้าแรงสูง
- ๒.๑๐ ตรวจสอบเช็คการเคลื่อนที่ของหัวยิง เช็คแกนหมุนของหัวยิงและข้อต่อของแขนหัวยิง สามารถล็อกได้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดในการรักษาผู้ป่วย
- ๒.๑๑ ตรวจสอบเช็คล๊อคและระบบเบรก เวลาล๊อคแล้วเครื่องต้องไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
- ๒.๑๒ ตรวจสอบเช็คชุดล๊อคเครื่องกับเอกซเรย์ C-Arm ให้สามารถล๊อคเครื่องได้โดยที่ไม่มีการ เคลื่อนที่และตรวจสอบระบบการเคลื่อนที่รวมทั้งระบบล๊อคของแขน C-Arm ทั้งแกน X , แกน Y และแกน Z
- ๒.๑๓ ตรวจสอบเช็คค่า H.V. ที่ออกมาจากเครื่องให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของโรงงานและ ข้อต่อสายไฟต่างๆ ให้แน่นโดยเฉพาะชุด H.V. Rework Connector
- ๒.๑๔ ตรวจสอบวัดค่าไฟฟ้าแรงสูงของชุดให้กำเนิดคลื่นช็อค (Shock-wave generator : SWG) ให้ตรงตามค่ามาตรฐานที่โรงงานผู้ผลิตกำหนด
- ๒.๑๕ ตรวจสอบเช็คจำนวนการปล่อยคลื่นช็อคของหัวยิง (Electromagnetic Shock Wave Emitter : EMSE)
- ๒.๑๖ ตรวจสอบเช็คการใช้งานของ Spark Gap ต้องเปลี่ยนทุก ๓ ล้านนัด
- ๒.๑๗ ตรวจสอบเช็คประสิทธิภาพของเครื่องสลายนิ่ว โดยทำการ Model Stone Test
- ๒.๑๘ ตรวจสอบเช็ค Focus ของเอกซเรย์ และอัลตราซาวด์
- ๒.๑๙ ตรวจสอบเช็คความถูกต้องในการเคลื่อนที่ของกากบาทระบุตำแหน่ง Focus ของเครื่อง อัลตราซาวด์
- ๒.๒๐ ตรวจสอบเช็คระบบล๊อคและการปรับมุมของแขนอัลตราซาวด์ (Isocentric Scanner Guide)

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภานัน กิ่งวานวานิชย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันทิภา มหิตยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวีระพันธ์ วงศ์พัฒ)

- ๒.๒๑ ตรวจสอบเข็มกดต่างๆ รวมถึงหน้าจอแสดงผลของชุด Hand Control ของเครื่องสลายนิวให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ๒.๒๒ ตรวจสอบเช็ค Medico PCB ให้อยู่ในสถานะใช้งานปกติ
- ๒.๒๓ ตรวจสอบเช็คระบบการทำงานเตียงให้สามารถปรับแกน X , แกน Y และแกน Z ให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงชุดป้องกันการเคลื่อนที่เกินระยะที่กำหนด (Limit / Safety switch)
- ๒.๒๔ ตรวจสอบเช็คปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉินทั้งหมดของเครื่องให้อยู่ในสถานะที่ถูกต้อง
- ๒.๒๕ บันทึกรายงานการบำรุงเครื่องพร้อมทั้งให้ผู้ดูแลเครื่องลงนาม แล้วนำส่งรายงานหรือจัดเก็บในสมุดรายงานเครื่องมือแพทย์

๔.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้รับจ้างมีวิศวกรผ่านการอบรมการซ่อมจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมแนบใบประกาศให้โรงพยาบาลทราบ
๒. ผู้รับจ้างมีหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา
๓. มีเจ้าหน้าที่เทคนิคเชี่ยวชาญประจำเครื่องสลายนิว จำนวน ๑ คน ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๔. ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแล บำรุงรักษา รวมทั้งซ่อมแซม แก้ไขเครื่องสลายนิวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมถึงการเปลี่ยนอะไหล่ส่วนประกอบของเครื่อง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
๕. กรณีเครื่องสลายนิวชำรุด หรือขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องส่งช่างที่มีความรู้ความชำนาญเพื่อทำการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ยกเว้นกรณีต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลจอมทอง หากไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จและไม่สามารถใช้ได้ภายในเวลาที่กำหนดผู้รับจ้างจะต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามที่กำหนดในสัญญา
๖. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมแซมเครื่องสลายนิวให้ใช้งานได้ตามปกติ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องสลายนิวที่มีคุณภาพและมีความสามารถไม่ต่ำกว่าเครื่องเดิมมาติดตั้งให้แก่โรงพยาบาลจอมทองภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือบอกกล่าว โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดหาและติดตั้งเองทั้งสิ้น
๗. หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าการดำเนินงานของผู้รับจ้าง เช่น การให้บริการไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องสลายนิวและ/หรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ดีพอและไม่แก้ไขภายในกำหนดในข้อสัญญา ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภานัน กังวานวานิชย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพันทิภา มหิศยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพันธ์ วงศ์พุด)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดให้เริ่มทำงาน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปี (๑ ปีงบประมาณ) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๗.๒ ราคาผลงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๙,๖๓๒.๗๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันหกกร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงินออกเป็น ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ในอัตราร้อยละ ๒๓.๐๘% ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ ในอัตราร้อยละ ๒๘.๘๕% ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ ในอัตราร้อยละ ๒๘.๘๕% ของวงเงินตามสัญญา ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ในอัตราร้อยละ ๑๙.๒๒% ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาภรณ์ กังวานวานิชย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันทิภา มหิตศยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวีระพันธ์ วงศ์พัฒน์)

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีผิดสัญญาคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินตามสัญญา

๙.๒ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงบางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลจอมทองแล้ว หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาภรณ์ กังวานวานิชย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพันทิภา มหิศยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพันธ์ วงศ์พุดม)