

### ขอบเขตของงาน (TOR)

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน ๑ งาน โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### ๑. ความเป็นมา

ด้วยงานบำบัดรักษาด้วยเครื่องรังสี (สลายนิ่ว) กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ โรงพยาบาลจอมทองให้บริการสลายนิ่วแก่ผู้ป่วยโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะในเขตอำเภอจอมทองและในเขตอำเภอสายใต้ของจังหวัดเชียงใหม่และเขตรอยต่อจังหวัดลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะที่ต้องการรักษาพยาบาลด้านการสลายนิ่วเพิ่มขึ้นทุกปี

#### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เครื่องสลายนิ่วทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลจอมทองผู้ผลิต

#### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้

ข้าราชการเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภกาน กัจวนวนิชย์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางสาวพันธิกา มหิศยา) (นายวีระพันธ์ วงศ์พุฒ)

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุผลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารและความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถของเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุกหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภัณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขา.rับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอฉบับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภานัน กัจวนวนิชย์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางสาวพันทิภา มหิศยา) (นายวีระพันธ์ วงศ์พุฒ)

(๔) กรณีตามข้อ (๑) – (๔) ยกเว้นสำหรับกรณี ดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ  
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดจ้าง

##### ๔.๑ รายละเอียดงานทั่วไป

๑. ดำเนินการการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ

๒. เป็นรวมวัสดุสิ้นเปลืองทุกรายการของเครื่องสลายน้ำ ดังนี้

๒.๑ หัวยิงน้ำ (MESE) เปลี่ยนทุก ๑ ล้านนัด

๒.๒ กรณีหัวยิงน้ำ (MESE) หรือ Spark Gap ชำรุดใช้งานไม่ได้ก่อนครบกำหนดเปลี่ยนตาม  
ระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนให้ทันที โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

๓. รวมค่าอะไหล่เครื่องอัลตร้าซาวด์ ยกเว้น หัวอัลตร้าซาวด์ และค่าอะไหล่เครื่องเอกซเรย์ ยกเว้น หลอด  
เอกซเรย์ ชุดรับภาพรังสีเอกซเรย์ และกล้องรับภาพ

๔. รวมค่าอะไหล่เครื่องเฝ้าระวังคนไข้ (ECG)

๕. รวมค่าอะไหล่เครื่องรักษาแรงดันไฟฟ้า

๖. บริการล้างและตรวจเช็คเครื่องทุก ๓ เดือนต่อเครื่อง รวม ๔ ครั้งต่อปี

๗. กรณีเครื่องเสียสามารถเรียกบริการได้ตลอดเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการ  
เรียกซ่อม

๘. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบ ตรวจวัดค่า รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการ โดยทางหน่วยงานที่รับรองเพื่อ  
ประกอบการขอใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี

##### ๔.๒ รายละเอียดการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายน้ำ มีดังนี้

๑. ตรวจเช็ค แก้ไขอาการผิดปกติภายนอกทั่วไป เช่น สนิท สี และป้ายคำเตือนต่างๆ รวมทั้งสอบถาม  
ข้อมูลการทำงานของเครื่องจากผู้ดูแลเครื่องและตรวจสอบคุณภาพของการใช้งานเครื่องให้เป็นปัจจุบัน

๒. ตรวจเช็คมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับตามมาตรฐานสากลของ  
เครื่องมือแพทย์นั้นๆ

๒.๑ ตรวจเช็คการทำงานของการปรับเพิ่ม/ลดแรงดันของระดับน้ำในระบบ Water Circuit

๒.๒ เปลี่ยนน้ำในระบบ Water Circuit ใหม่ทั้งระบบ โดยน้ำที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน  
ผู้ผลิต

๒.๓ ทำความสะอาดชุดไส้กรองต่างๆ ท่อและหัว Bellow

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภานน กัจวนวนิชย์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพันธิกา มหิศยา)

(นายวีระพันธ์ วงศ์พุฒ)

- ๒.๔ ตรวจเช็ครอยร้าวของอุปกรณ์ในระบบ Water Circuit
- ๒.๕ ตรวจเช็คระบบควบคุมอุณหภูมิและระบบความร้อนของน้ำ ทำความสะอาด เช็คการทำงานของพัดลมระบบความร้อน
- ๒.๖ ตรวจเช็คชุดกันกระแทกของหัวยิง (Collision Safety)
- ๒.๗ ตรวจเช็คอากาศที่อยู่ในระบบ Water Circuit
- ๒.๘ ตรวจเช็คระบบป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าแรงสูง
- ๒.๙ ตรวจเช็คระบบการเชื่อมต่อของสายไฟฟ้า สายข้อต่อต่างๆ เช็คสายกราวด์และตรวจเช็คร่องรอยการไหม้หรือการร้าวของไฟฟ้าแรงสูง
- ๒.๑๐ ตรวจเช็คการเคลื่อนที่ของหัวยิง เช็คแกนหมุนของหัวยิงและข้อต่อของแขนหัวยิง สามารถล็อกได้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดในการรักษาผู้ป่วย
- ๒.๑๑ ตรวจเช็คล้อและระบบเบรก เวลาล็อกแล้วเครื่องต้องไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
- ๒.๑๒ ตรวจเช็คชุดล็อกเครื่องกับเอกซเรย์ C-Arm ให้สามารถล็อกเครื่องได้โดยที่ไม่มีการเคลื่อนที่และตรวจระบบการเคลื่อนที่รวมทั้งระบบล็อกของแขน C-Arm ทั้งแกน X , แกน Y และแกน Z
- ๒.๑๓ ตรวจเช็คค่า H.V. ที่ออกมาจากเครื่องให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลและข้อต่อสายไฟต่างๆ ให้แน่นโดยเฉพาะชุด H.V. Rework Connector
- ๒.๑๔ ตรวจวัดค่าไฟฟ้าแรงสูงของชุดให้กำเนิดคลื่นช็อค (Shock-wave generator : SWG) ให้ตรงตามค่ามาตรฐานที่โรงพยาบาลผู้ผลิตกำหนด
- ๒.๑๕ ตรวจเช็คจำนวนการปล่อยคลื่นช็อคของหัวยิง (Electromagnetic Shock Wave Emitter : EMSE)
- ๒.๑๖ ตรวจเช็คการใช้งานของ Spark Gap
- ๒.๑๗ ตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่องสลายนิ่ว โดยทำการ Model Stone Test
- ๒.๑๘ ตรวจเช็ค Focus ของเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์
- ๒.๑๙ ตรวจเช็คความถูกต้องในการเคลื่อนที่ของกากบาทระบุตำแหน่ง Focus ของเครื่องอัลตร้าซาวด์
- ๒.๒๐ ตรวจเช็คระบบล็อกและการปรับมุมของแขนอัลตร้าซาวด์ (Isocentric Scanner Guide)
- ๒.๒๑ ตรวจเช็คปุ่มกดต่างๆ รวมถึงหน้าจอแสดงผลของชุด Hand Control ของเครื่องสลายนิ่วให้ใช้งานได้ตามปกติ

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นางสาวสุภานน กัจวนวนิชย์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางสาวพันธ์ภา มหิศยา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายวีระพันธ์ วงศ์พุฒ)

- ๒.๒๒ ตรวจเช็ค Medico PCB ให้อยู่ในสถานะใช้งานปกติ
- ๒.๒๓ ตรวจเช็คระบบการทำงานเดียงให้สามารถปรับแกน X , แกน Y และแกน Z ให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงชุดป้องกันการเคลื่อนที่เกินระยะที่กำหนด (Limit / Safety switch)
- ๒.๒๔ ตรวจเช็คปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉินทั้งหมดของเครื่องให้อยู่ในสถานะที่ถูกต้อง
- ๒.๒๕ บันทึกรายงานการบำรุงเครื่องพร้อมทั้งให้ผู้ที่ดูแลเครื่องลงนาม แล้วนำส่งรายงาน หรือจัดเก็บในสมุดรายงานเครื่องมือแพทย์

#### ๔.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้รับจ้างมีวิศวกรผ่านการอบรมการซ่อมจากโรงพยาบาล พร้อมแนบใบประกาศให้โรงพยาบาลทราบ
๒. ผู้รับจ้างมีหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา
๓. มีเจ้าหน้าที่เทคนิคเชี่ยวชาญประจำเครื่อง слaly จำนวน ๑ คน ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๔. ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแล บำรุงรักษา รวมทั้งซ่อมแซม แก้ไขเครื่อง слaly นี้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีอยู่เสมอ รวมถึงการเปลี่ยนอะไหล่ส่วนประกอบของเครื่อง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งสิ้น
๕. กรณีเครื่อง слaly ชำรุด หรือขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องส่งซ่่างที่มีความรู้ ความชำนาญเพื่อทำการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ภายใน ๒๕ ชั่วโมง ยกเว้นกรณี ต้องส่งอะไหล่จากต่างประเทศ ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลจนถ้วน หากไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จและไม่สามารถใช้ได้ภายในเวลาที่กำหนดผู้รับจ้างจะต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามที่กำหนดในสัญญา
๖. ในกรณีเครื่องชำรุดใช้งานไม่ได้เกิน ๓ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องสำรองให้ใช้งานระหว่างซ่อม โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม
๗. ในกรณีที่เครื่องชำรุดไม่สามารถซ่อมได้และจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่อง слaly นี้ที่มีคุณภาพและมีความสามารถไม่ต่ำกว่าเครื่องเดิมมาติดตั้งให้แก่โรงพยาบาลจนถ้วน ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือบอกกล่าว โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดหาและติดตั้งเองทั้งสิ้น
๘. หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าการดำเนินงานของผู้รับจ้าง เช่น การให้บริการไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เครื่อง слaly นี้และ/หรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือไม่ดีพอและไม่แก้ไขภายในกำหนดในข้อสัญญา ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นางสาวสุภานน กัจวนวนิชย์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางสาวพันธิกา มหิศยา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายวีระพันธ์ วงศ์พุฒ)

#### ៥. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

จำนวน ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดให้เริ่มทำงาน

#### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

#### ๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ วงเงินที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๕,๓๒๕ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๗.๒ ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายน้ำ จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๕,๓๒๕ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาทถ้วน)

#### ๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงินออกเป็น ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ในอตราร้อยละ ๒๕ % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน

งวดที่ ๒ ในอตราร้อยละ ๒๕ % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน

งวดที่ ๓ ในอตราร้อยละ ๒๕ % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ในอตราร้อยละ ๒๕ % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ)..... ประ찬กรรมการ

(นางสาวสุภานน กัจวนวนิชย์)

(ลงชื่อ)..... *ก.ก* กรรมการ (ลงชื่อ)..... *ก.ก* กรรมการ  
(นางสาวพันทิภา มหิศยา) (นายวีระพันธ์ วงศ์พุฒ)

## ๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีผิดสัญญาคิดค่าปรับในอัตรา้อยละ ๐.๓ ของวงเงินตามสัญญา


๙.๒ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทดสอบนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงบางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลจอมทองแล้ว หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ในอัตรา้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

## ๑๐. การกำหนดระยะเวลาจัดการความชำรุดบกพร่อง

ภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นางสาวสุภานน กัจวนวนิชย์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางสาวพันธิกา มหิศยา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายวีระพันธ์ วงศ์พุฒ)