

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
สายสวนหลอดเลือดดำชนิดชั่วคราว  
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สายสวนหลอดเลือดดำชนิดชั่วคราว มี ๒ ชนิด คือ

๑. สายสวนหลอดเลือดดำชนิดคอชั่วคราว

ข้อบ่งใช้

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แทงเส้นเลือดที่คอเพื่อใช้เป็นท่อนำเลือดมาพอกสำหรับผู้ป่วยไตวายที่ต้องได้รับการพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

คุณลักษณะ

๑. ขนาดสาย Catheter ตั้งแต่ ๑๑ FR. ขึ้นไป มีความยาว ๑๓-๒๐ เซนติเมตร สำหรับใช้กับหลอดเลือดดำ Internal Jugular
๒. วัสดุทำจาก Polyurethane ที่มีคุณสมบัติอ่อนนุ่มเมื่ออยู่ในร่างกาย
๓. ลักษณะการวางท่อแบบคู่
๔. มี Side Holes จำนวนมากทั้งด้าน Arterial uptake ports และ Venous return ports เพื่อให้ Blood Flow Rate สูงขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น และมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
๕. ลักษณะปลายสายออกแบบนิ่ม ไม่แข็ง
๖. มี Priming Volume กำหนดไว้บนสาย catheter อย่างชัดเจน
๗. ลักษณะสายมี Suture Wing ชนิดหมุนได้
๘. ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อด้วย Ethylene Oxide
๙. ได้รับมาตรฐานยุโรป และได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
๑๐. วัสดุดังกล่าวไม่เกิดปฏิกิริยาและอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย
๑๑. บรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย Catheter, Injection cap, Vessel Dilator, Guidewire, Introducer Needle
๑๒. บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพดี ไม่พบรอยร้าวฉีกขาด หรือหมดอายุ หากพบสามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้

หมายเหตุ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างให้โรงพยาบาลจอมทอง ชนิดละ ๑ ชุด

จำนวน ๒ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	วันที่ ๐๓ กันยายน ๒๕๖๗
๑. นายธนวัฒน์ สัญญาเขียน	ลงชื่อ.....
๒. นางสาวภัทริกา ตะกรุดแก้ว	ลงชื่อ.....
๓. นางสาวไพลิน สุขปวง	ลงชื่อ.....

## ๒. สายสวนหลอดเลือดดำชนิดขา ชั่วคราว

### ข้อบ่งชี้

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แทงเส้นเลือดดำที่ขาเพื่อใช้เป็นท่อสำหรับนำเลือดมาฟอกสำหรับผู้ป่วยไตวายที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

### คุณลักษณะ

๑. ขนาดสาย Catheter มีความยาว ๒๐ เซนติเมตร สำหรับใช้กับหลอดเลือดดำ Femoral
๒. วัสดุทำจาก Polyurethane มีคุณสมบัติอ่อนนุ่มเมื่ออยู่ในร่างกาย
๓. ลักษณะการวางท่อแบบคู้
๔. มี Side Holes จำนวนมากทั้งด้าน Arterial uptake ports และ Venous return ports เพื่อให้ Blood Flow Rate สูงขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น และมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
๕. ลักษณะปลายสายออกแบบนิ่ม ไม่แข็ง
๖. มี Priming Volume กำหนดไว้บนสาย Catheter อย่างชัดเจน
๗. ลักษณะสายมี Suture Wing ชนิดหมุนได้
๘. ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อด้วย Ethylene Oxide
๙. ได้รับมาตรฐานยุโรป และได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
๑๐. วัสดุดังกล่าวไม่เกิดปฏิกิริยาและอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย
๑๑. บรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย Catheter, Injection cap, Vessel Dilator, Guidewire, Introducer Needle
๑๒. บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพดี ไม่พบรอยร้าวฉีกขาด หรือหมดอายุ หากพบสามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้

หมายเหตุ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างให้โรงพยาบาลจอมทอง ชนิดละ ๑ ชุด

จำนวน	๒	แผ่น	แผ่นที่	๒
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ			วันที่	๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
๑. นายพรรัตน์ สัญญาเขียน	ลงชื่อ.....			
๒. นางสาวภัทริกา ตะกรุดแก้ว	ลงชื่อ.....	ภัทริกา ตะกรุดแก้ว		
๓. นางสาวไพลิน สุขปวง	ลงชื่อ.....			

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์  
สายสวนหลอดเลือดดำชนิดถาวร  
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อบ่งใช้

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แทงเส้นเลือดที่คอ เพื่อใช้เป็นท่อสำหรับนำเลือดมาฟอกสำหรับผู้ป่วยไตวายที่ต้องได้รับการฟอกเลือดถาวร

คุณลักษณะ

1. เป็นสายสวนสองช่องในท่อเดียวกันชนิดถาวร แบบมี Cuff
2. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสายตั้งแต่ ๑๔.๕ FR. ขึ้นไป ยาว ๒๓ ถึง ๓๒ เซนติเมตร
3. วัสดุทำจาก Trinitex หรือ Polyurethane หรือ Tecoflex Material
4. สามารถเปิด Blood Flow ได้มากกว่าหรือเท่ากับ ๕๐๐ cc./นาที, เกิดอัตรา Recirculation น้อย
5. ลักษณะสายรูปทรงกลม ช่วยทำให้การใส่ทำได้ง่าย
6. การดูแลสายง่ายมากขึ้น สามารถใช้ทั้งน้ำยา Acetone หรือ Iodine-based solutions หรือ alcohol-based solutions
7. Cuff ของ catheter ช่วยในการยึดติดกับเนื้อเยื่อของผู้ป่วย ป้องกันการติดยึด และการเลื่อนหลุดของสาย
8. มี Priming Volume กำหนดไว้บนสาย Catheter อย่างชัดเจน
9. ลักษณะสายมี Suture Wing
10. ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อด้วย Ethylene Oxide
11. ได้รับมาตรฐานยุโรป และนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
12. วัสดุตั้งกล่าวไม่เกิดปฏิกิริยาและอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย
13. บรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย Catheter, Injection cap, Vessel Dilator, Guidewire, Introducer Needle
14. บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพดี ไม่พบรอยร้าวฉีกขาด หรือหมดอายุ หากพบสามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้

หมายเหตุ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างให้โรงพยาบาลจอมทอง ชนิดละ ๑ ชุด

จำนวน	๑	แผ่น	แผ่นที่	๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ		วันที่ ๑๗		กันยายน ๒๕๖๗
๑. นาย นพรัตน์ สัญญาเชื่อน	ลงชื่อ.....	[ลายเซ็น]		
๒. นางสาวภัทริกา ตะกรุดแก้ว	ลงชื่อ.....	[ลายเซ็น]		
๓. นางสาวไพลิน สุขปวง	ลงชื่อ.....	[ลายเซ็น]		