

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์
Disposable Syringe จำนวน ๗ รายการ
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑. ความต้องการ

๑. Disposable Syringe ๑ ml. ๒๗ x ๑/๒" (Syringe Insulin) /Fix
๒. Disposable Syringe ๑ ml. ๒๗ x ๑/๒" (Syringe Insulin)
๓. Disposable Syringe ๓ ml.
๔. Disposable Syringe ๕ ml.
๕. Disposable Syringe ๑๐ ml.
๖. Disposable Syringe ๒๐ ml.
๗. Disposable Syringe ๕๐ ml.

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. กระบอกสูบและก้านฉีดยา ทำจากโพลีโพรไพลีน ชนิดโปร่งใส Medical grade และก้านฉีดยามีความแข็งแรง ขณะดูดสารละลายไม่หลุดออกจากกระบอกสูบ ที่ปลายกระบอกฉีดยา มีสัน (RIM) ป้องกันการหลุดของก้านฉีดยา (Plunger)
๒. ลูกสูบทำจากยางสังเคราะห์ Thermoplastic elastomer gasket ซึ่งไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด
๓. มีขีดบอกระดับปริมาตรที่ละเอียดเป็นเศษส่วนของมิลลิลิตรชัดเจนและได้มาตรฐาน
๔. ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์หรือแก๊รมมาเรย์ อิเล็กตรอนบีม
๕. บรรจุซองเดี่ยวแบบ Wrapper มองเห็นชัดเจนเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือแอลกอฮอล์แล้วไม่เปื่อย
๖. มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ วันที่ผลิต และวันหมดอายุ ไว้ที่ซองบรรจุ
๗. ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: ๒๐๐๐ หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่ใกล้เคียง
๘. ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
๙. Syringe ชนิด ๑๐,๒๐ CC. สามารถใช้กับเครื่อง Syringe pump ในโรงพยาบาลจอมทองได้ ด้วยความแม่นยำ

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้ขายต้องจัดส่งสินค้าเป็นงวด ๆ ตามที่โรงพยาบาลจอมทองกำหนด
๒. วันหมดอายุของสินค้า ณ วันส่งมอบ แต่ละงวดต้องมีวันหมดอายุมากกว่า ๖ เดือนขึ้นไป
๓. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิค่าปรับร้อยละ ๐.๒๐ หากผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลจอมทองกำหนด และสามารถยกเลิกสัญญาหากไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือเงื่อนไข
๔. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างตามคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอให้ทางโรงพยาบาล รายการละ ๒ กล่อง
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เคยมีประวัติถูกระงับการสั่งซื้อจากโรงพยาบาลจอมทอง

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
๑.นางจรรณี จินา	ลงชื่อ.....วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒.นางวิภา ดำนา	ลงชื่อ.....
๓.นางสาวรสลิน ชัยวุฒิ	ลงชื่อ.....