

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์
ผ้าก๊อสปับ ขนาด ๓x๔ นิ้ว ๘ ชั้น ๑๐ ชั้น ปลอดภัย
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทั่วไป

ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นผ้าซับทำด้วยผ้าฝ้าย ๑๐๐% ขาว ลายขัด โปรงบางปราศจากสารเรืองแสง และดูดซึมได้ดี นำมาพับทบกันเป็นชั้นๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่ละชั้นเป็นผ้าผืนเดียวกัน สะอาดไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ โดยซ่อนริมผ้าไว้ด้านในไม่ปรากฏริมผ้าหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย
๒. ความถี่เส้นด้าย ๒๔x๒๐ เส้นต่อตารางนิ้ว (คลาดเคลื่อน ๑ เส้น)
๓. จำนวนความหนาตามชั้นที่ระบุไว้ ๘ ชั้น และมีความกว้าง ความยาว ตามที่ระบุไว้
๔. ต้องผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) โดยใช้วัสดุ Medical Grade เป็นฟิล์มพลาสติก ๑ ด้านอีก ๑ ด้านเป็นกระดาษมีความคงทนไม่ฉีกง่าย สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน
๕. การบรรจุต้องห่อหุ้มให้มิดชิดด้วยวัสดุที่สะอาด ห้ามใช้กระดาษเคลือบซีฟิ่งหรือไข
๖. ฉลากต้องแสดงรหัส รุ่นที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่ผลิต, วันหมดอายุและมี Indicator ที่บ่งชี้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๗. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ก่อนหมดอายุ
๘. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องมีลักษณะผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภัณฑ์เหมือนกับตัวอย่างที่ส่งมาพิจารณา และเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้
๙. หากผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุใช้งานผู้ขายยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
๑๐. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๔ หรือ ๕
๑๑. ได้รับการรับรองมาตรฐานห้อง Cleanroom Class ๑๐๐,๐๐๐ (Class ๘) ตามมาตรฐาน ISO ๑๔๖๘๔-๑
๑๒. ผู้เสนอราคาต้องแสดงผลวิเคราะห์ความปลอดภัยจากหน่วยงาน/สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา
๑๓. มีใบรับรองมาตรฐานรับรองการทำปลอดเชื้อด้วยแก๊ส EO ตามมาตรฐาน EN ISO ๑๑๑๓๕ : ๒๐๑๔

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑.นางจารุณี จินาวงค์	ลงชื่อ.....
๒.นางวิภา ดำนา	ลงชื่อ.....
๓.นางสาวรสลิน ชัยวุฒิ	ลงชื่อ.....

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์
ผ้าก๊อสปับ ขนาด ๓x๔ นิ้ว ๘ ชั้น ๕ ชั้น ปลอตเชื้อ
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นผ้าซับทำด้วยผ้าฝ้าย ๑๐๐% ขาว ลายขัด โปรงบางปราศจากสารเรืองแสง และดูดซึมได้ดี นำมาพับทบกันเป็นชั้นๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่ละชั้นเป็นผ้าผืนเดียวกัน สะอาดไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ โดยซ่อนริมผ้าไว้ด้านในไม่ปรากฏริมผ้าหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย
๒. ความถี่เส้นด้าย ๒๔x๒๐ เส้นต่อตารางนิ้ว (คลาดเคลื่อน ๑ เส้น)
๓. จำนวนความหนาตามชั้นที่ระบุไว้ ๘ ชั้น และมีความกว้าง ความยาว ตามที่ระบุไว้
๔. ต้องผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) โดยใช้วัสดุ Medical Grade เป็นฟิล์มพลาสติก ๑ ด้านอีก ๑ ด้านเป็นกระดาษมีความคงทนไม่ฉีกง่าย สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน
๕. การบรรจุต้องห่อหุ้มให้มิดชิดด้วยวัสดุที่สะอาด ห้ามใช้กระดาษเคลือบซีฟิ่งหรือไข
๖. ฉลากต้องแสดงรหัส รุ่นที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่ผลิต, วันหมดอายุและมี Indicator ที่บ่งชี้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๗. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ก่อนหมดอายุ
๘. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องมีลักษณะผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภัณฑ์เหมือนกับตัวอย่างที่ส่งมาพิจารณา และเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้
๙. หากผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุใช้งานผู้ขายยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
๑๐. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๔ หรือ ๕
๑๑. ได้รับการรับรองมาตรฐานห้อง Cleanroom Class ๑๐๐,๐๐๐ (Class ๘) ตามมาตรฐาน ISO ๑๔๖๔๔-๑
๑๒. ผู้เสนอราคาต้องแสดงผลวิเคราะห์ความปลอดภัยจากหน่วยงาน/สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา
๑๓. มีใบรับรองมาตรฐานรับรองการทำปลอดเชื้อด้วยแก๊ส EO ตามมาตรฐาน EN ISO ๑๑๑๓๕ : ๒๐๑๔

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
๑.นางจารุณี จินาวงศ์	ลงชื่อ..... วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒.นางวิภา ดำนา	ลงชื่อ.....
๓.นางสาวรสลิน ชัยวุฒิ	ลงชื่อ.....

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์
ก๊อส ขนาด ๓x๔ นิ้ว ๘ ชั้น
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นผ้าซับทำด้วยผ้าฝ้าย ๑๐๐% ขาว ลายขัด โปรงบาง และดูดซึมได้ดีปราศจากสารเรืองแสง นำมาพับทบกันเป็นชั้น ๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่ละชั้นเป็นผ้าผืนเดียวกัน สะอาดไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ โดยซ้อนริมผ้าไว้ด้านในไม่ปรากฏริมผ้าหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย
๒. เมื่อนำมาผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อโรคแล้วไม่เปลี่ยนสี
๓. จำนวนความหนาตามชั้นที่ระบุไว้ ๘ ชั้น และมีความกว้าง ความยาว ตามที่ระบุไว้ และมีความถี่เส้นด้าย ๒๔x๒๐ เส้นต่อตารางนิ้ว (คลาดเคลื่อน ๑ เส้น)
๔. ฉลากต้องแสดงรหัส รุ่นที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ
๕. บรรจุในห่อปิดสนิท ๑๐๐ ชิ้น / ห่อที่เป็นถุงพลาสติกกันน้ำ
๖. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องมีลักษณะผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภัณฑ์เหมือนกับตัวอย่างที่ส่งมาพิจารณา และเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้
๗. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ก่อนหมดอายุ
๘. หากผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุใช้งานผู้ขายยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
๙. ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๔ หรือ ๕

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
๑.นางจารุณี จินาวงศ์	ลงชื่อ.....วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒.นางวิภา ดำนา	ลงชื่อ.....
๓.นางสาวรสลิน ชัยวุฒิ	ลงชื่อ.....

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์
ไม้พ่นสำลี เบอร์ L (บรรจุ ๕ ก้าน) ปลดเชื้อ
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทั่วไป

๑. ก้าน ยาวประมาณ ๖ นิ้ว ผ่านการอบฆ่าเชื้อ ปราศจากเชื้อรา ก้านไม้ผลิตจากไม้สน เนื้อไม้เรียบ ไม่แตกออกเป็นเส้น
๒. ปลายไม้ไม่หักง่ายขณะใช้งาน พั่นด้วยสำลีที่ทำจากฝ้ายบริสุทธิ์ ๑๐๐% ปราศจากสารเรืองแสง
๓. สำลีที่พ่นปลายไม้ต้องแน่น ไม่หลุดออกโดยง่าย
๔. เมื่อนำมานั่งฆ่าเชื้อโรคแล้วไม่เปลี่ยนสี
๕. ขนาดของหัวไม้พ่นสำลี เบอร์ L เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑-๑๒ mm.
๖. บรรจุของละ ๕ ก้าน ในซองปลดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ Medical Grade พลาสติก ๑ ด้าน อีก ๑ ด้านเป็นกระดาษ ที่มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่ายและสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน
๗. ฉลากต้องแสดงรหัส รุ่นที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่ผลิต, วันหมดอายุและ Indicator ที่บ่งชี้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๘. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องมีลักษณะผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภัณฑ์เหมือนกับตัวอย่างที่ส่งมาพิจารณา และเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้
๙. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ก่อนหมดอายุ
๑๐. หากผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุใช้งาน ผู้ขายยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
๑๑. มีใบรับรองมาตรฐานรับรองการทำปลดเชื้อด้วยแก๊สEOตามมาตรฐานEN ISO ๑๑๑๓๕:๒๐๑๔
๑๒. ได้รับการรับรองมาตรฐานห้อง Cleanroom Class ๑๐๐,๐๐๐ (Class ๘) ตามมาตรฐาน ISO ๑๔๖๔๔-๑
๑๓. มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดภัยจากหน่วยงาน/สถาบัน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา
๑๔. มีใบรับรองมาตรฐานรับรองการทำปลดเชื้อด้วยแก๊ส EO ตามมาตรฐาน EN ISO ๑๑๑๓๕ : ๒๐๑๔

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
๑.นางจารุณี จินาวงศ์	ลงชื่อ.....วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒.นางวิภา ดำนา	ลงชื่อ.....
๓.นางสาวรสลิน ชัยวุฒิ	ลงชื่อ.....

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์
TOP Dressing ขนาด ๖ x ๘ นิ้ว ปิดดเชื้อ
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทั่วไป

เป็นแผ่นปิดแผลสำเร็จรูป ทำจากสำลีแผ่นตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ และห่อด้วยผ้าก๊อซหรือเยื่อสังเคราะห์ (Non Woven) ไว้อย่างเรียบร้อย ไม่หลุดลุ่ยง่ายขณะใช้งาน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาด กว้าง x ยาว : ๖ x ๘ นิ้ว น้ำหนักรวมต่อชิ้นประมาณ ๑๓ กรัม $\pm$ ๑๐%
๒. สามารถดูดซับของเหลวได้ดี
๓. ต้องผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้ บรรจุในซองพลาสติกใสและกระดาษ (Plastic Paper) มองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน
๔. ฉลากต้องแสดงรหัส รุ่นที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่ผลิต, วันหมดอายุและมี Indicator ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว
๕. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องมีลักษณะผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภัณฑ์เหมือนกับตัวอย่างที่ส่งมาพิจารณา และเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้
๖. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ก่อนหมดอายุ
๗. หากผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุใช้งาน ผู้ขายยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
๘. ต้องผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้บรรจุในซองปิดดเชื้อ (Peel Pack) โดยใช้วัสดุ Medical Grade เป็นฟิล์มพลาสติก ๑ ด้านอีก ๑ ด้านเป็นกระดาษมีความคงทนไม่ฉีกง่าย สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน โดยบรรจุ ๑ ชิ้น / ซอง
๙. ภายในผลิตจากสำลีที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๘๒-๒๕๖๒
๑๐. ได้รับการรับรองมาตรฐานห้อง Cleanroom Class ๑๐๐,๐๐๐ (Class ๘) ตามมาตรฐาน ISO ๑๔๖๔๔-๑
๑๑. มีใบรับรองมาตรฐานรับรองการทำปลอดเชื้อด้วยแก๊ส EO ตามมาตรฐาน EN ISO ๑๑๑๓๕ : ๒๐๑๔

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
๑.นางจารุณี จินาวงศ์	ลงชื่อ.....วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒.นางวิภา คำนา	ลงชื่อ.....
๓.นางสาวรสลิน ชัยวุฒิ	ลงชื่อ.....

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์
สำลীগ้อน ๐.๓๕ กรัม ปลอดเชื้อ (๑๐ก้อน)
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสำลิจากเส้นใยทางการแพทย์ ปั่นเป็นก้อนกลม สีขาว
๒. เนื้อสำลิจากฝ้ายบริสุทธิ์ ๑๐๐% ปราศจากสารเรืองแสง
๓. สามารถดูดซับของเหลวได้ดี และรวดเร็ว
๔. เป็นสำลี่ปั่นเป็นก้อนขนาด ๐.๓๕ กรัม/ก้อน มีเส้นใยยาว ด้านทานแรงดึงและไม่ฟุ้งกระจาย
๖. การบรรจุต้องห่อหุ้มให้มิดชิดด้วยวัสดุที่สะอาด ห้ามใช้กระดาษเคลือบซีฟิ่งหรือไข
๗. ฉลากต้องแสดงรหัส รุ่นที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่ผลิต,วันหมดอายุ และIndicator บ่งชี้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๘. บรรจุ ๑๐ ก้อน ในซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ Medical Grade พลาสติก ๑ ด้าน อีก ๑ ด้านเป็นกระดาษ ที่มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่ายและสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน
๙. ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๘๒-๒๕๖๒
๙. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ก่อนหมดอายุ
๑๐. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องมีลักษณะผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภัณฑ์เหมือนกับตัวอย่างที่ส่งมาพิจารณา และเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้
๑๑. หากผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพก่อนหมดอายุใช้งานผู้ขายยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
๑๒. มีใบรับรองมาตรฐานรับรองการทำปลอดเชื้อด้วยแก๊สEOตามมาตรฐานEN ISO ๑๑๑๓๕:๒๐๑๔
๑๓. มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดเชื้อจากหน่วยงาน/สถาบัน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา
๑๔. มีใบรับรองมาตรฐานรับรองการทำปลอดเชื้อด้วยแก๊ส EO
ตามมาตรฐาน EN ISO ๑๑๑๓๕ : ๒๐๑๔

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	
๑.นางจารุณี จินาวงศ์	ลงชื่อ..... วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒.นางวิภา ดำนา	ลงชื่อ.....
๓.นางสาวรสติน ชัยวุฒิ	ลงชื่อ.....